

质检报告单 (gDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-IPF005	批号	202208051
描述	人乳头瘤病毒 (HPV33) gDNA 质控品	生产时间	2022-08-05

产品特征	
规格	3*10 ⁷ copies/mL, 100 µL/支
储存条件	2-8°C
有效期	自生产之日起, 36个月内有效

产品质量		
项目	质控标准	检验结果
基因组拷贝数 *	≥3*10 ⁷ copies/mL	4.15*10 ⁷ copies/mL

* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ddPCR Supermix for Probes(No dUTP) (BIO-RAD)



孙世勇

菁良基因科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:INFO@GENE-WELL.COM W:WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。