

## 质检报告单 (gDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-IPF016	批号	202208051
描述	人乳头瘤病毒 (HPV82) gDNA 质控品	生产时间	2022-08-05

产品特征	
规格	4*10 <sup>7</sup> copies/mL, 100 µL/支
储存条件	2-8°C
有效期	自生产之日起, 36个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	检验结果
基因组拷贝数 *	≥4*10 <sup>7</sup> copies/mL	4.818*10 <sup>7</sup> copies/mL

\* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ddPCR Supermix for Probes(No dUTP) (BIO-RAD)



孙世勇