

质检报告单 (cfDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-RNF017	批号	202208241
描述	15q 缺失 5%cfDNA 血浆参考品	生产时间	2022-08-24

产品特征	
规格	1.2 mL/支
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 12个月内有效

品质质控		
项目	质控标准	检验结果
胎儿浓度*	N/A	6.8%
突变检测*	15q 缺失	pass
血浆DNA浓度	5-15ng/mL	pass
* 胎儿浓度和突变检验使用NGS-Noninvasive prenatal screening		



质量授权人

孙世勇

菁良基因科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T: +86 0755 2516 7062 E: INFO@GENE-WELL.COM W: WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。