

质检报告单 (cfDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-RNF016	批号	202209141
描述	15q 缺失 10%cfDNA 血浆参考品	生产时间	2022-09-14

产品特征	
规格	1.2mL/支,15ng/mL
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 12个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	检验结果
胎儿浓度*	N/A	11.1%
突变检测*	15q 缺失	pass
血浆DNA浓度	5-15ng/mL	pass

* 胎儿浓度和突变检验使用NGS-Noninvasive prenatal screening



孙世勇

质量授权人