

## 质检报告单 (cfDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

| 产品信息 |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 货号   | GW-RNF012             | 批号   | 202209141  |
| 描述   | 4p 缺失 10% cfDNA 血浆参考品 | 生产时间 | 2022-09-14 |

| 产品特征 |                  |
|------|------------------|
| 规格   | 1.2mL/支, 15ng/mL |
| 储存条件 | -15 - -25°C      |
| 有效期  | 自生产之日起, 12个月内有效  |

| 品质质控                                            |           |       |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| 项目                                              | 质控标准      | 检验结果  |
| 胎儿浓度*                                           | N/A       | 11.9% |
| 突变检测*                                           | 4p 缺失     | pass  |
| 血浆DNA浓度                                         | 5-15ng/mL | pass  |
| * 胎儿浓度和突变检验使用NGS-Noninvasive prenatal screening |           |       |



孙世勇

质量授权人

质量部