

## 质检报告单 (cfDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-RNF010	批号	202209051
描述	1p36 缺失 10% cfDNA 血浆参考品	生产时间	2022-09-05

产品特征	
规格	1.2mL/支,15ng/mL
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 12个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	检验结果
胎儿浓度*	N/A	15.40%
突变检测*	1p36 缺失	pass
血浆DNA浓度	5-15ng/mL	pass

\* 胎儿浓度和突变检验使用NGS-Noninvasive prenatal screening



孙世勇

菁良基因科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:INFO@GENE-WELL.COM W:WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。