

## 质检报告单（假病毒溶液）

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-MDBM005	批号	2022082601
描述	Smallpox Virus E3L-E4L多基因假病毒质控品	生产时间	2022-08-26

  

产品特征	
规格	1 mL/支
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起，24个月内有效

  

产品质控		
项目	质控标准	检验结果(参考值范围)
基因组拷贝数*	$\geq 1 \times 10^5$ copies/mL	$1.62 \times 10^5 - 2.38 \times 10^5$ Copies/mL

\* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ddPCR Supermix for Probes(No dUTP) (BIO-RAD)



质量责任人：

孙世勇

菁良基因科技（深圳）有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:INFO@GENE-WELL.COM W:WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。