

## 数字 PCR 实测值

- 产 品 名 称: 肿瘤结构变异 5% FFPE 标准品
- 产 品 编 号: GW-OPSM002
- 批 次 号: 201909002
- 检测结果:

| 等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD) |       |        |       |       |        |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 基因型                                             | 基因频率  | 实际基因频率 | 质检下限  | 质检上限  | 是否通过质检 |
| AKT1 E17K                                       | 5.00% | 5.23%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| CD74-ROS1 Fusion                                | 5.00% | 4.63%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| EGFR V769_D770insASV                            | 5.00% | 6.34%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| EGFR ΔE746_A750                                 | 5.00% | 4.13%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| EML4-ALK Fusion V3                              | 5.00% | 5.37%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| PIK3CA E545K                                    | 5.00% | 4.53%  | 3.50% | 6.50% | 是      |
| MET Amplification                               | 3.50C | 3.76C  | 2.10C | 4.90C | 是      |
| ERBB2 Amplification                             | 7.00C | 8.57C  | 4.90C | 9.10C | 是      |

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。