

数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤 SNV 5% FFPE 标准品
- 产品编号: GW-OPSM003
- 批次号: 201906001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
EGFR L858R	5.00%	6.30%	3.50%	6.50%	是
EGFR T790M	5.00%	4.29%	3.50%	6.50%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	3.96%	3.50%	6.50%	是
KRAS A146T	5.00%	4.66%	3.50%	6.50%	是
KRAS G12D	5.00%	5.04%	3.50%	6.50%	是
KRAS G13D	5.00%	4.54%	3.50%	6.50%	是
NRAS Q61K	5.00%	6.34%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.65%	3.50%	6.50%	是
EGFR G719S	TBC	21.64%	TBC	TBC	是
PIK3CA H1047R	TBC	17.99%	TBC	TBC	是
BRAF V600E	TBC	25.50%	TBC	TBC	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。

(2) 本产品中包含 BRAF V600E, EGFR G719S, PIK3CA H1047R 三个内源性突变位点。