

数字 PCR 实测值

- 产 品 名 称: 肿瘤结构变异 5% FFPE 标准品
- 产 品 编 号: GW-OPSM002
- 批 次 号: 201909001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	5.00%	4.92%	3.50%	6.50%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	4.18%	3.50%	6.50%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	5.56%	3.50%	6.50%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	3.72%	3.50%	6.50%	是
EML4-ALK Fusion V3	5.00%	5.26%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	3.50%	3.50%	6.50%	是
MET Amplification	3.50C	4.17C	2.10C	4.90C	是
ERBB2 Amplification	7.00C	8.72C	4.90C	9.10C	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。