

数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤 SNV 野生型 gDNA 标准品
- 产品编号: GW-OGTM005
- 批次号: 201906001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
BRAF V600E	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
EGFR G719S	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR L858R	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR T790M	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR V769_D770insASV	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR ΔE746_A750	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
FLT3 ΔI836	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KIT D816V	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS A146T	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G13D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
NRAS Q61K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA E545K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA H1047R	0.00%	0.02%	0.00%	0.10%	是
CD74-ROS1 Fusion	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EML4-ALK Fusion V3	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
ERBB2 Amplification	2.00C	1.83C	1.60C	2.40C	是
MET Amplification	2.00C	1.99C	1.60C	2.40C	是

EML4-ALK Fusion V1	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12C	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12V	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR L861Q	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR S768I	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12S	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12R	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12A	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是

注意：(1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。