

数字 PCR 实测值

- 产 品 名 称: 肿瘤野生型 FFPE 标准品
- 产 品 编 号: GW-OPSM005
- 批 次 号: 201906001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
EGFR L858R	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR T790M	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR ΔE746_A750	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR G719S	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA E545K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA H1047R	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G13D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS A146T	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
BRAF V600E	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
NRAS Q61K	0.00%	0.02%	0.00%	0.10%	是
EML4-ALK Fusion V3	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
CD74-ROS1 Fusion	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR V769_D770insASV	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
AKT1 E17K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
MET Amplification	2.00C	2.20C	0.00%	0.10%	是
ERBB2 Amplification	2.00C	2.17C	0.00%	0.10%	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。