

## 数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤 SNV 1-25% gDNA 标准品
- 产品编号: GW-OGTM004
- 批次号: 201810005
- 等位基因突变频率检测结果:

等位基因突变频率验证: 微滴式数字 PCR					
基因型	基因频率(%)	实际基因频率(%)	质检下限(%)	质检上限(%)	是否通过质检
EGFR L858R	3.00%	2.60%	2.10%	3.90%	是
EGFR T790M	1.00%	1.13%	0.70%	1.30%	是
EGFR ΔE746_A750	2.00%	2.15%	1.40%	2.60%	是
EGFR G719S	24.50%	23.18%	22.05%	26.95%	是
PIK3CA E545K	9.00%	9.74%	7.20%	10.80%	是
PIK3CA H1047R	17.50%	17.89%	15.75%	19.25%	是
KRAS G12D	6.00%	6.45%	4.80%	7.20%	是
KRAS G13D	15.00%	15.80%	13.50%	16.50%	是
BRAF V600E	10.50%	10.10%	9.45%	11.55%	是
NRAS Q61K	12.50%	11.30%	11.25%	13.75%	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。