

## 数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤结构变异 5%gDNA 标准品
- 产品编号: GW-OGTM001
- 批次号: 202012001
- 等位基因突变频率检测结果:

等位基因突变频率验证: 微滴式数字 PCR					
基因型	基因频率(%)	实际基因频率(%)	质检下限(%)	质检上限(%)	是否通过质检
EGFR ΔE746_A750	5.00%	5.58%	3.50%	6.50%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	5.26%	3.50%	6.50%	是
AKT1 E17K	5.00%	4.96%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	4.59%	3.50%	6.50%	是
EML4-ALK Fusion V3	5.00%	5.68%	3.50%	6.50%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	5.48%	3.50%	6.50%	是
MET Amplification	3.50 Copies	3.35 Copies	2.45 Copies	4.55 Copies	是
ERBB2 Amplification	7.00 Copies	6.31 Copies	5.60 Copies	8.40 Copies	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。