

数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤结构变异 5%gDNA 标准品
- 产品编号: GW-OGTM001
- 批次号: 202103001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/ 拷贝数	实际基因频率/ 拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	5.00%	4.65%	4.00%	6.00%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.17%	4.00%	6.00%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	5.72%	4.00%	6.00%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	4.37%	4.00%	6.00%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	5.43%	4.00%	6.00%	是
EML4-ALK Fusion V3	5.00%	5.31%	4.00%	6.00%	是
MET Amplification	3.50 Copies	3.49 Copies	2.45 copies	4.55 copies	是
ERBB2 Amplification	7.00 Copies	6.47 Copies	5.60 copies	8.40 copies	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。