

数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肺癌 ctDNA 标准品套装
- 产品编号: GW-OCTM009
- 批次号: 201909002
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
GW-OCTM006: 肺癌野生型 ctDNA 标准品					
EGFR L858R	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
EGFR T790M	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR V769_D770insASV	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR ΔE746_A750	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS A146T	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
NRAS Q61K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA E545K	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
BRAF V600E	TBC	0.02%	TBC	TBC	是
EGFR G719S	TBC	0.00%	TBC	TBC	是
KRAS G13D	TBC	0.00%	TBC	TBC	是
PIK3CA H1047R	TBC	0.00%	TBC	TBC	是

GW-OCTM007: 肺癌 0.1% ctDNA 标准品					
EGFR L858R	0.10%	0.06%	0.05%	0.15%	是
EGFR T790M	0.10%	0.05%	0.05%	0.15%	是
EGFR V769_D770insASV	0.10%	0.08%	0.05%	0.15%	是

EGFR ΔE746_A750	0.10%	0.07%	0.05%	0.15%	是
KRAS A146T	0.10%	0.08%	0.05%	0.15%	是
KRAS G12D	0.10%	0.10%	0.05%	0.15%	是
NRAS Q61K	0.10%	0.09%	0.05%	0.15%	是
PIK3CA E545K	0.10%	0.08%	0.05%	0.15%	是
BRAF V600E	TBC	0.20%	TBC	TBC	是
EGFR G719S	TBC	0.51%	TBC	TBC	是
KRAS G13D	TBC	0.09%	TBC	TBC	是
PIK3CA H1047R	TBC	0.11%	TBC	TBC	是
GW-OCTM008: 肺癌 1% ctDNA 标准品					
EGFR L858R	1.00%	0.64%	0.60%	1.40%	是
EGFR T790M	1.00%	0.73%	0.60%	1.40%	是
EGFR V769_D770insASV	1.00%	0.70%	0.60%	1.40%	是
EGFR ΔE746_A750	1.00%	0.91%	0.60%	1.40%	是
KRAS A146T	1.00%	0.91%	0.60%	1.40%	是
KRAS G12D	1.00%	0.86%	0.60%	1.40%	是
NRAS Q61K	1.00%	0.95%	0.60%	1.40%	是
PIK3CA E545K	1.00%	0.88%	0.60%	1.40%	是
BRAF V600E	TBC	2.56%	TBC	TBC	是
EGFR G719S	TBC	5.02%	TBC	TBC	是
KRAS G13D	TBC	0.94%	TBC	TBC	是
PIK3CA H1047R	TBC	1.65%	TBC	TBC	是

注意:

- (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。
- (2) 本产品中包含 BRAF V600E, EGFR G719S, KRAS G13D ,PIK3CA H1047R 四个突变位点;