

产品实测值

产品名称: 肿瘤野生型FFPE标准品
产品编号: GW-OPSM005
批次号: 202106001
检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/拷贝数	实际基因频率/拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
EGFR L858R	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR ΔE746_A750	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EML4-ALK Fusion	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
PIK3CA E545K	0.00%	0.02%	0.00%	0.10%	是
EGFR V769_D770insASV	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
EGFR T790M	0.00%	0.02%	0.00%	0.10%	是
NRAS Q61K	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
KRAS G12D	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
KRAS G13D	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
KRAS A146T	0.00%	0.01%	0.00%	0.10%	是
AKT1 E17K	0.00%	0.03%	0.00%	0.10%	是
CD74-ROS1 Fusion	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	是
MET Amplification	2.00 Copies	2.07 Copies	1.20 Copies	2.80 Copies	是
ERBB2 Amplification	2.00 Copies	2.06 Copies	1.20 Copies	2.80 Copies	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。