



## 菁良基因科技

### 质检报告单 (FFPE DNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-OPSS206	批号	201907001
描述	5% EGFR $\Delta$ E746-A750(6223) FFPE DNA 标准品	生产时间	2019-08-09
产品特征			
规格	1 Section/支		
参数	15 $\mu$ m/Section		
储存条件	2-8 $^{\circ}$ C		
有效期	自生产之日起, 48个月内有效		
项目	检测方法		是否符合要求
突变频率	数字PCR:		
	Expected Value	Acceptance Criteria	Expected Value Acceptance Criteria
	0%	$\leq 0.1\%$	
	$< 1\%$	Expected Value $\pm 40\%$	是
	$\geq 1\%$ and $\leq 5\%$	Expected Value $\pm 30\%$	
> 5% and $\leq 20\%$	Expected Value $\pm 20\%$	$< 5$ Expected Value $\pm 40\%$	
	Expected Value $\pm 10\%$	$\geq 5$ and $< 10$ Expected Value $\pm 30\%$	
定量	DNA 核酸提取量 $\geq 400$ ng/section		是

\*DNA 提取采用Promega提取试剂盒 (型号为: Maxwell 16 FFPE LEV DNA Purification Kit)



魏孝林

质量授权人

日期:

2020年5月19日

注意：请用户严格按照产品说明书使用、储存及运输，否则不能保证产品在有效期内质量符合要求。本产品仅限科研使用。

T: +86 0755 2516 7062

E: info@gene-well.com

W: www.gene-well.com

地址：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元802

菁良基因科技（深圳）有限公司，版权所有