

质检报告单 (假病毒冻干珠)

产品信息			
货号	GW-CRBM001-1	批号	202112131
描述	COVID-19 假病毒全基因组质控品	生产时间	2021-12-13

产品特征	
规格	1颗/管
参数	10管/套
储存条件	2-8°C
有效期	自生产之日起, 12个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	是否符合要求
表达量* (定性)	Ct值在33~37之间	是
均匀性	Ct值的变异系数 $CV \leq 2\%$	是

* 表达量 (定性) 测定使用 CFX Connect™ 荧光定量 PCR 检测系统(BIO-RAD)+ HiScript II U One Step qRT-PCR Probe Kit (Vazyme)

* 位点	是否符合要求
N基因	是



质量责任人: 魏孝林