

产品实测值

产品名称: 肿瘤结构变异 5% ctDNA标准品

产品编号: GW-OCTM001

批次号: 202112061

检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/拷贝数	实际基因频率/拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	5.00%	5.56%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.07%	3.50%	6.50%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	4.28%	3.50%	6.50%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	5.15%	3.50%	6.50%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	4.19%	3.50%	6.50%	是
EML4-ALK Fusion	5.00%	4.64%	3.50%	6.50%	是
MET Amplification	3.50 Copies	3.2 Copies	2.10 Copies	4.90 Copies	是
ERBB2 Amplification	7.00 Copies	5.79 Copies	4.90 Copies	9.10 Copies	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。