

质检报告单 (gDNA)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-OGTM006	批号	202209061
描述	肿瘤SNV 5%gDNA标准品II	生产时间	2022-09-06

产品特征	
规格	1µg/管
参数	30ng/µL
储存条件	2-8°C
有效期	自生产之日起, 36个月内有效

产品质控			
项目	质控标准		是否符合要求
突变频率/ 拷贝数 *	突变频率, 单位: %		是
	Expected Value	Acceptance Criteria	
	0	≤ 0.1%	
	< 5	Expected Value ±30%	
	≥ 5 and < 10	Expected Value ±20%	
	拷贝数, 单位: Copies		
	Expected Value	Acceptance Criteria	
	< 5	Expected Value ±30%	
	≥ 5 and < 10	Expected Value ±20%	
	≥ 10	Expected Value ±10%	
浓度 #	30 ng/µL ± 15% (25.5~34.5ng/µL)		是
凝胶电泳 ^	15kb以上有明亮单一不拖尾条带		是
* 突变频率/拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ddPCR Supermix for Probes(No dUTP) (BIO-RAD)			
# 浓度测定使用 Qubit 4.0 Fluorometer+ Qubit dsDNA BR Assay Kit (Thermo Fisher Scientific)			
^ 凝胶电泳测定使用 1.0%琼脂凝胶(Sangon Biotech)			

* 突变位点	* 突变频率 / 拷贝数	是否符合要求
BRAF V600E	8.00%	是
EGFR L858R	5.00%	是
EGFR E746_A750del	5.00%	是
EGFR T790M	5.00%	是
EGFR G719A	5.00%	是
KRAS G12C	5.00%	是
KRAS G13D	5.00%	是
NRAS Q61R	5.00%	是
PIK3CA H1047R	5.00%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	是
MET L982_D1028del	5.00%	是
PIK3CA E545K	5.00%	是
Her2 A775_G776insYVMA	5.00%	是
FGFR3 Y375C	5.00%	是



孙世勇

菁良基因科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T: +86 0755 2516 7062 E: INFO@GENE-WELL.COM W: WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。