

数字 PCR 实测值

- 产品名称: 肿瘤结构变异 5% ctDNA 标准品
- 产品编号: GW-OCTM001
- 批次号: 202103001
- 检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/ 拷贝数	实际基因频率/ 拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	5.00%	5.31%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.18%	3.50%	6.50%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	4.57%	3.50%	6.50%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	4.85%	3.50%	6.50%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	6.05%	3.50%	6.50%	是
EML4-ALK Fusion V3	5.00%	4.79%	3.50%	6.50%	是
MET Amplification	3.50 Copies	3.23 copies	2.10 copies	4.90 copies	是
ERBB2 Amplification	7.00 Copies	5.61 copies	4.90 copies	9.10 copies	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。