

产品实测值

产品名称：肿瘤结构变异 5%gDNA 标准品

产品编号：GW-OGTM001

批次号：202209261

检测结果：

等位基因突变频率验证：QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/拷贝数	实际基因频率/拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
AKT1 E17K	5.00%	4.36%	4.00%	6.00%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.33%	4.00%	6.00%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	5.91%	4.00%	6.00%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	4.95%	4.00%	6.00%	是
CD74-ROS1 Fusion	5.00%	5.00%	4.00%	6.00%	是
EML4-ALK Fusion V3	5.00%	4.57%	4.00%	6.00%	是
MET Amplification	3.50 Copies	3.47 Copies	2.45 Copies	4.55 Copies	是
ERBB2 Amplification	7.00 Copies	6.42 Copies	5.60 Copies	8.40 Copies	是

注意：（1）建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。