

## 产品实测值

- 产品名称: 肿瘤融合多位点 FFPE (DNA/RNA) 标准品
- 产品编号: GW-RPSM1006
- 批次号: 202108261

基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率	实际基因频率	质检下限	质检上限	是否通过质检
EML4-ALK V1	6.0%	6.8%	4.8%	7.2%	是
SLC34A2-ROS1	6.0%	6.3%	4.8%	7.2%	是
FGFR3-TACC3	6.0%	5.5%	4.8%	7.2%	是
TPM3-NTRK1	7.0%	7.4%	5.6%	8.4%	是
MET Exon 14 Skipping	12.0%	12.7%	9.6%	14.4%	是
CCDC6-RET	10.0%	9.5%	8.0%	12.0%	是
FGFR2-COL14A1	20.0%	19.6%	16.0%	24.0%	是
ETV6-NTRK3	30.0%	32.1%	27.0%	33.0%	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。