

产品实测值

产品名称: 肿瘤SNV 5% FFPE标准品

产品编号: GW-OPSM003

批次号: 202109071

检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/拷贝数	实际基因频率/拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
EGFR L858R	5.00%	3.59%	3.50%	6.50%	是
EGFR ΔE746_A750	5.00%	4.04%	3.50%	6.50%	是
PIK3CA E545K	5.00%	6.36%	3.50%	6.50%	是
EGFR T790M	5.00%	3.71%	3.50%	6.50%	是
NRAS Q61K	5.00%	5.81%	3.50%	6.50%	是
KRAS G12D	5.00%	5.55%	3.50%	6.50%	是
KRAS G13D	5.00%	4.15%	3.50%	6.50%	是
KRAS A146T	5.00%	5.54%	3.50%	6.50%	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。