

## 质检报告单 (细胞溶液)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

| 产品信息 |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 货号   | GW-IPF055             | 批号   | 202303021  |
| 描述   | 人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品I | 生产时间 | 2023-03-02 |

| 产品特征 |                            |
|------|----------------------------|
| 规格   | 1.00E+05 copies/mL,0.5mL/支 |
| 储存条件 | -15 - -25°C                |
| 有效期  | 自生产之日起, 24个月内有效            |

| 产品质控         |       |  |      |
|--------------|-------|--|------|
| 项目           | 亚型    | 质控标准                                       | 检验结果 |
| 基因组<br>拷贝数 * | HPV16 | 4.00E+04 copies/mL ~ 2.00E+05<br>copies/mL | Pass |
|              | HPV18 |  | Pass |
|              | HPV52 |  | Pass |
|              | HPV58 |  | Pass |
|              | HPV 6 |  | Pass |
|              | HPV11 |  | Pass |

\* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ 7500 荧光定量 PCR 检测系统(ABI)



本产品仅限科研使用。

青良科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:info@gene-well.com W:www.gene-well.com