

质检报告单 (细胞溶液)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-IPF060	批号	202304281
描述	人乳头瘤病毒(HPV 细胞)复合型质控品套装 I	生产时间	2023-04-28

产品特征	
规格	0.5mL/支, 10支/盒 (复合 I、II、III、IV、V各2支)
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 24个月内有效

产品质控				
项目	组分	亚型	质控标准	检验结果
基因组 拷贝数 *	GW-IPF055	HPV16、HPV18、HPV52、HPV58、HPV6、HPV11	4.00E+04 copies/mL ~ 2.00E+05 copies/mL	Pass
	GW-IPF056	HPV66、HPV51、HPV56、HPV16、HPV44		Pass
	GW-IPF057	HPV31、HPV59、HPV35、HPV81、HPV83		Pass
	GW-IPF058	HPV39、HPV73、HPV53、HPV45、HPV43		Pass
	GW-IPF059	HPV68、HPV26、HPV82、HPV33、HPV42		Pass

* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ 7500 荧光定量 PCR 检测系统(ABI)



本产品仅限科研使用。

青良科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:info@gene-well.com W:www.gene-well.com