

## 质检报告单 (细胞溶液)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-IPF063	批号	202304211
描述	人乳头瘤病毒(HPV 细胞)单分型质控品套装Ⅲ	生产时间	2023-04-21

产品特征	
规格	0.5mL/支, 10支/盒
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 24个月内有效

产品质控				
项目	组分	亚型	质控标准	检验结果
基因组 拷贝数 *	GW-IPF050	HPV39	4.00E+04 copies/mL ~ 2.00E+05 copies/mL	Pass
	GW-IPF051	HPV42		Pass
	GW-IPF052	HPV51		Pass
	GW-IPF053	HPV56		Pass
	GW-IPF054	HPV83		Pass

\* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ 7500 荧光定量 PCR 检测系统(ABI)



本产品仅限科研使用。

青良科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:info@gene-well.com W:www.gene-well.com