

病原体血清学复合非定值质控品 II 靶值表

(批号: 水平 11 202408001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 11	202408001	YHLO iFlash 3000	Anti-HBs	mIU/mL	31.14	21.80-40.49
			Anti-HBe	COI	0.547	0.383-0.711
			Anti-HBc	COI	0.480	0.336-0.624
			HIV Ag	COI	2.82	1.97-3.66

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。