

尿干化学及沉渣复合非定值质控品赋值表

(批号: 水平 1、水平 2 202504001)

项目	仪器	水平 1	水平 2
		范围	范围
酸碱度 (PH)	Sysmex	6.0-7.0	7.0-9.0
葡萄糖 (Glucose)		Normal (Negative)	2+~4+
隐血 (Blood)		Negative	1+~4+
蛋白质 (Protein)		Negative	1+~4+
尿胆原 (Urobilinogen)		Normal (Negative)	1+~4+
亚硝酸盐 (Nitrite)		Negative	±~2+
白细胞 (Leukocytes)		Negative	1+~4+
酮体 (Ketones)		Negative	2+~4+
胆红素 (Bilirubin)		Negative	2+~4+
比重 (Specific Gravity)		1.007-1.016	1.016-1.025
白细胞 (White cells)		Negative	352-448
红和细胞 (Red cells)		Negative	67-133

注: 以上靶值及范围具有批特异性, 仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。