

抗缪勒管激素非定值质控品赋值表
(批号: 水平 3 202504001)

项目	方法学	单位	水平 3	
			靶值	范围
抗缪勒管激素(AMH)	化学发光法	ng/mL	9.71	7.76-11.65

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。