

D-二聚体非定值质控品赋值表（批号：202312281）

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 1		水平 2		水平 3	
				靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围
D-dimer	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg FEU/mL	3.19	2.23-4.15	9.4	6.58-12.2	18.8	13.2-24.4
D-dimer	Sysmex CS-5100	免疫比浊法	mg/L（FEU）	0.34	0.24-0.44	0.87	0.61-1.13	2.11	1.48-2.74

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。