

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表
(批号: 水平 1: 202408002)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 1	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	6.72	4.71-8.74
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	7.73	5.41-10.0
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	7.26	5.08-9.44
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	6.85	4.80-8.91
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	6.68	4.67-8.68
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	6.19	4.33-8.04
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	7.71	5.39-10.0
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	7.20	5.04-9.35
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	4.45	3.12-5.79
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	4.56	3.19-5.93
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	4.43	3.10-5.76
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	4.28	3.00-5.57
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	4.86	3.40-6.32
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	3.96	2.77-5.14
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	4.65	3.26-6.05
	Mindray CL-8000i	化学发光法	µg/L	4.65	3.26-6.05
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	28.8	20.1-37.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	25.3	17.7-32.9
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	41.6	29.1-54.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	49.7	34.8-64.5
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	32.5	22.7-42.2
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	37.2	26.1-48.4
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	58.5	41.0-76.1
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	28.3	19.8-36.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	29.5	20.7-38.4
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	25.1	17.5-32.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	23.1	16.2-30.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	154	108-200
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	29.0	20.3-37.6
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	20.2	14.1-26.2
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	19.6	13.7-25.5

CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	29.0	20.3-37.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	28.1	19.7-36.5
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	IU/mL	24.4	17.1-31.7
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	29.0	20.3-37.7
	Beckman Coulter Unicel Dx1 800	化学发光法	U/mL	10.9	7.61-14.1
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	28.2	19.7-36.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	13.7	9.60-17.8
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	8.92	6.24-11.6
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	9.22	6.45-12.0
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	6.25	4.37-8.12
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	19.2	13.4-24.9
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	15.0	10.5-19.6
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	11.0	7.70-14.3
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	8.76	6.13-11.4
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	21.3	14.9-27.7
tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	0.591	0.414-0.768
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	0.594	0.416-0.772
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	0.595	0.417-0.774
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	0.467	0.327-0.608
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	0.457	0.320-0.594
	Beckman Coulter Unicel Dx1 800	化学发光法	ng/mL	0.695	0.487-0.904
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	0.730	0.511-0.949
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	0.493	0.345-0.641
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	0.530	0.371-0.689
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	0.555	0.389-0.722
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	0.427	0.299-0.555
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	0.557	0.390-0.725
	Beckman Coulter Unicel Dx1 800	化学发光法	ng/mL	0.715	0.501-0.930
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	0.515	0.361-0.670
FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	36.2	25.3-47.1
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	35.5	24.9-46.2
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	42.9	30.0-55.8
	Beckman Coulter Unicel Dx1 800	化学发光法	ng/mL	24.8	17.4-32.3
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	50.6	35.4-65.8
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	43.2	30.2-56.1
	Mindray CL-8000i	化学发光法	µg/L	38.4	26.9-49.9

β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	1.11	0.776-1.44
	LABOSPECT 008AS	乳胶免疫比浊法	mg/L	1.67	1.17-2.17
	Mindray BS-800M	胶乳免疫比浊法	mg/L	1.64	1.14-2.13
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	6.45	4.52-8.39
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	5.38	3.76-6.99
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	6.79	4.76-8.83
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	3.75	2.63-4.88
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	21.6	15.1-28.1
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	23.8	16.7-30.9
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/ml	27.6	19.3-35.9
	Abbott ARCHITECT i1000SR	化学发光法	mIU/mL	13.5	9.45-17.6
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	24.2	16.9-31.5
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	IU/L	42.1	29.5-54.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	mIU/mL	28.8	20.2-37.4
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	4.65	3.26-6.05
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	6.07	4.25-7.88
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	5.53	3.87-7.18
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	2.40	1.68-3.12
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	4.74	3.32-6.16
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	4.72	3.30-6.14
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	3.95	2.76-5.13
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	5.31	3.71-6.90
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	4.95	3.47-6.44
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	189	132-246
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	186	130-242
	KANGRUN Kaeser 6600	化学发光法	ng/mL	10.5	7.32-13.6
	AutoLumo A6200	化学发光法	μIU/mL	241	169-314
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	8.22	5.75-10.7
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	2.40	1.68-3.13
Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	16.2	11.4-21.1
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pg/mL	8.50	5.95-11.1
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	8.73	6.11-11.3
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	μg/L	0.133	0.093-0.173
HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	33.9	23.7-44.0
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	44.9	31.4-58.4
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pmol/L	39.4	27.6-51.2
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	43.4	30.4-56.4
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pmol/L	39.3	27.5-51.1
SCC	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	0.915	0.640-1.19
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	0.795	0.557-1.03
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	3.10	2.17-4.03
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	0.655	0.459-0.852

pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	63.2	44.2-82.1
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	51.6	36.1-67.0
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/ml	25.7	18.0-33.4
	AutoLumo A2000	化学发光法	pg/mL	19.3	13.5-25.1
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	30.5	21.4-39.7
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	23.8	16.6-30.9
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	37.6	26.3-48.9
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	18.6	13.0-24.2
	Mindray CL-6000i	化学发光法	ng/mL	25.0	17.5-32.5
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	9.43	6.60-12.3
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	5.48	3.83-7.12
	Mindray CL-6000i	化学发光法	ng/mL	6.00	4.20-7.80

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。